



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 160021800

Certificate No.

器具名称: 医用冷藏冷冻箱
Name of Instrument

型号规格: YCD-208
Model/Type

制造厂: 澳柯玛
Manufacture

器具编号: 1-2-BX3
No. of Instrument

委托单位: 吉林省肿瘤医院
Customer

单位地址: 长春市朝阳区湖光路1018号
Address

实物



发证单位(专用章)
Issued by (stamp)

批准人: 张慧峰
Approved by

核验员: 梁平
Inspected by

校准员: 张鸣
Calibrated by

校准日期 2018 年 03 月 29 日
Date of Calibration Y M D

地址(Add): 长春市高新区宜居路 2699 号(130103) 咨询电话(Consult Tel): (0431)85375162、85375160
传真(Fax): (0431) 85304772、85384890 监督电话(Direct Tel): (0431) 85375153、85375165
电子邮箱(E-mail): jlmpublic@126.com 网址: www.jljly.net



说 明

Directions

证书编号: 160021800

Certificate No.

<p>1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准 All data issued by this Certificate are traceable to national standards.</p>														
<p>2. 校准所依据的技术文件(代号、名称): Reference documents for the calibration: 参照 JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度》校准规范</p>														
<p>3. 本次校准所使用的计量标准器具: Standard instruments of measurement used in the calibration:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称 Name</th> <th>测量范围 Measuring range</th> <th>不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy / Maximum Permissible Error</th> <th>证书号 Certificate No.</th> <th>有效期至 Valid to</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字测温表</td> <td>(-85~300) °C (300~1000) °C</td> <td>$U=0.3^{\circ}\text{C} \quad k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C} \quad k=2$</td> <td>918171700</td> <td>2019-01-10</td> </tr> </tbody> </table>					名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy / Maximum Permissible Error	证书号 Certificate No.	有效期至 Valid to	数字测温表	(-85~300) °C (300~1000) °C	$U=0.3^{\circ}\text{C} \quad k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C} \quad k=2$	918171700	2019-01-10
名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy / Maximum Permissible Error	证书号 Certificate No.	有效期至 Valid to										
数字测温表	(-85~300) °C (300~1000) °C	$U=0.3^{\circ}\text{C} \quad k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C} \quad k=2$	918171700	2019-01-10										
<p>4. 校准地点: 吉林省肿瘤医院 Location for calibration</p>														
<p>5. 校准的环境条件: Environmental condition in the calibration</p> <p>温 度: 23.0 °C 相对湿度: 37 % Temperature Relative Humidity</p>														

注: 1. 本证书封面未加盖校准专用章无效.
Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.
2. 未经本院书面批准, 不得部分复制此证书.
This certificate can not be copied partly if not allowed.



证书编号: 160031800

Certificate No.

校 准 结 果

Results of calibration

1. 测试点分布示意图

. 1
. 2
. 3

注: 数字表示标准传感器位置

2. 校准结果

被检显示温度/°C	(冷冻室) -21		
标准实测温度/°C	1	2	3
	-22.7	-23.0	-23.4
测量结果的不确定度 U /°C ($k=2$)	0.8		

以下空白。

敬告 (Advice):

- 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
While using, Please Calibrate if you doubt the specification with calibration instrument.
- 被校准仪器修理后, 请立即校准。
Please calibrate after calibrated instrument repaired.