

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号： DL10180449 号

送 检 单 位： 吉林省肿瘤医院
计量器具名称： 电子秤
型 号 / 规 格： 见第三页
出 厂 编 号： 见第三页
制 造 单 位： 见第三页
检 定 依 据： JJG 539—2016 数字指示秤检定规程
检 定 结 论： Ⅲ级合格

(检定专用章)

批准人： 张海琳

核验员： 郭继光

检定员： 姚溪

检定日期 2018 年 06 月 19 日

有效期至 2019 年 06 月 18 日

计量检定机构授权证书号： (吉) 法计 (2016) 001号

地 址： 长春市硅谷大街928号

邮 编： 130012

电 话： (0431)86936700

传 真： (0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号：DL10180449

1. 计量标准考核证书号： [2006]吉量标法证字第001062号				
2. 社会公用计量标准证书号： [2006]长质社量标法证字第001062号				
3. 检定所使用的主要计量标准器具：				
名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
砝码14-01	1kg~10t	M ₁ 等级	长春市计量检定测试 技术研究院 ZL01170199	2018-07-08
砝码14-03	100mg~10kg	M ₁ 等级	长春市计量检定测试 技术研究院 ZL01170198	2018-07-08
4. 检定地点： 试验室				
5. 环境条件：				
温度：	23.5°C		相对湿度：	/%
其它：	/			

注：我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

检 定 结 果

检定项目	检定结果
外观检查	合格
偏载	合格
重复性	合格
鉴别力	合格

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1241	100	20 g	30 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1002	100	30 g	40 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7206	100	40 g	50 g	80 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7195	100	30 g	50 g	80 g

证书编号：DL10180449

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7198	100	20 g	40 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7196	100	20 g	30 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7204	100	30 g	40 g	80 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7192	100	40 g	50 g	90 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7202	100	20 g	40 g	60 g

证书编号：DL10180449

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7190	100	30 g	30 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1016	100	40 g	40 g	90 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7193	100	50 g	50 g	100 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7218	100	20 g	20 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7207	100	20 g	30 g	50 g

证书编号：DL10180449

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7219	100	30 g	40 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1020	100	30 g	50 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7199	100	30 g	40 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1034	100	30 g	30 g	50 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7215	100	40 g	40 g	60 g

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1025	100	40 g	50 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7221	100	20 g	40 g	50 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7188	100	30 g	50 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	2012	100	40 g	40 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1014	100	40 g	40 g	70 g

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1023	100	20 g	30 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7217	100	30 g	40 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7212	100	30 g	30 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7214	100	40 g	40 g	80 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7183	100	30 g	50 g	60 g

证书编号：DL10180449

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7220	100	40 g	50 g	90 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7211	100	20 g	30 g	50 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7210	100	20 g	40 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	1254	100	30 g	40 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7191	100	30 g	50 g	70 g

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7185	100	40 g	40 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7194	100	40 g	50 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7205	100	30 g	30 g	70 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7201	100	20 g	30 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 <i>E</i>		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7200	100	30 g	30 g	50 g

证书编号：DL10180449

检 定 结 果

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7209	100	30 g	50 g	60 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7213	100	40 g	40 g	80 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7208	100	50 g	50 g	100 g

器具产地	规格型号	器具编号	分度值 (g)	称量测试 E		
				20e	500e	2000e
泰兴	TCS-200	7216	100	40 g	50 g	100 g

此证共计43台

以下空白