

长春市计量检定测试技术研究院

# 检 定 证 书

证书编号： YB07180126 号

送 检 单 位： 吉林省肿瘤医院 107  
计 量 器 具 名 称： 血压计  
型 号 / 规 格： 见第三页  
出 厂 编 号： 见第三页  
制 造 单 位： 见第三页  
检 定 依 据： JJG 270—2008 血压计和血压表检定规程  
检 定 结 论： 合格

(检定专用章)

批准人： 古克文

核验员： 张广铭

检定员： 杨

检定日期 2018 年 09 月 11 日

有效期至 2019 年 03 月 10 日

计量检定机构授权证书号： (吉) 法计 (2016) 001号  
地 址： 长春市硅谷大街928号  
邮 编： 130012

电 话： (0431)86936700  
传 真： (0431)86936698  
E-mail: cc\_jly@163.com



证书编号：YB07180126

1. 计量标准考核证书号： [2006]吉量标法证字第001065号

2. 社会公用计量标准证书号： [2006]长质社量标法证字第001065号

3. 检定所使用的主要计量标准器具：

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
-------------	------	---------------------------	-----------------	------

智能数字压力校  
验仪04-165

(0~40)kPa

0.05级

长春市计量检定测试  
技术研究院  
YB09170102

2018-12-24

4. 检定地点： 医院采购部

5. 环境条件：

温度： 22.6°C

相对湿度： 57%

其它： 无

注： 我院仅对加盖“长春市计量检定测试技术研究院检定专用章”的完整证书负责

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0734 中西医	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0464 中西医	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6614 物资	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7049 物资	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7589 板一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5903 板二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6570 结自收外	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4244 板二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6150 板二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6572 板二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5851 板二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0766 内二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <i>放三</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	6616	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <i>格份差</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	3376	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号 <i>格份差</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	9919	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <i>内四科</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	6136	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <u>7651</u>	制造厂	外观
(0~40) kPa	7651	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <u>7053</u>	制造厂	外观
(0~40) kPa	7053	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号 <u>0957</u>	制造厂	外观
(0~40) kPa	0957	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号 <u>8663</u>	制造厂	外观
(0~40) kPa	8663	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 内三	制造厂	外观
(0~40)kPa	6267	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号 内五	制造厂	外观
(0~40)kPa	5831	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号 合格以证明	制造厂	外观
(0~40)kPa	5842	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号 内二	制造厂	外观
(0~40)kPa	3086	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7573	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6737	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	2158	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3104	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7055	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5212	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3144	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5743	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 82	制造厂	外观
(0~40)kPa	7535	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号 82	制造厂	外观
(0~40)kPa	6493	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号 82	制造厂	外观
(0~40)kPa	8781	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 176	制造厂	外观
(0~40)kPa	7506	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5066	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0384	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6641	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	1877	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <del>72-</del>	制造厂	外观
(0~40) kPa	5636	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <del>72-</del>	制造厂	外观
(0~40) kPa	8693	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <del>72-</del>	制造厂	外观
(0~40) kPa	6830	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号 <del>72-</del>	制造厂	外观
(0~40) kPa	6991	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6197	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4595	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5691	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	8755	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <small>内-</small>	制造厂	外观
(0~40) kPa	3911	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <small>内-</small>	制造厂	外观
(0~40) kPa	7541	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <small>接分室</small>	制造厂	外观
(0~40) kPa	5682	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <small>内-</small>	制造厂	外观
(0~40) kPa	3112	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 61-	制造厂	外观
(0~40)kPa	5492	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号 19-	制造厂	外观
(0~40)kPa	5905	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 19-	制造厂	外观
(0~40)kPa	5828	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 19-	制造厂	外观
(0~40)kPa	7659	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 83-	制造厂	外观
(0~40) kPa	8655	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 87-	制造厂	外观
(0~40) kPa	6499	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号 88-	制造厂	外观
(0~40) kPa	6721	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号 91-	制造厂	外观
(0~40) kPa	9150	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <i>86-</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	9531	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号 <i>好二</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	5882	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5883 <i>好二</i>	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号 <i>ZW</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	5777	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <small>甲状腺液</small>	制造厂	外观
/	7817	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <small>核研</small>	制造厂	外观
(0~40)kPa	6481	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <small>针头液体</small>	制造厂	外观
/	7047	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <small>中位</small>	制造厂	外观
(0~40)kPa	7631	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	3649	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	9539	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	2951	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	3054	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <i>2578</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	2578	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <i>9517</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	9517	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <i>9509</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	9509	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <i>9505</i>	制造厂	外观
(0~40)kPa	9505	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号/体格	制造厂	外观
/	6309	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号中西格	制造厂	外观
(0~40) kPa	5354	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号以	制造厂	外观
(0~40) kPa	7121	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号厚口	制造厂	外观
/	5551	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <small>内径</small>	制造厂	外观
(0~40)kPa	1467	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号 <small>胸三</small>	制造厂	外观
(0~40)kPa	5179	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <small>甲米用 米须外</small>	制造厂	外观
(0~40)kPa	7023	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号 <small>体松 半</small>	制造厂	外观
(0~40)kPa	8715	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.2

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 174	制造厂	外观
(0~40)kPa	3114	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号 182	制造厂	外观
(0~40)kPa	2165	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 195	制造厂	外观
(0~40)kPa	3693	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号 197	制造厂	外观
(0~40)kPa	3747	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <u>4405</u>	制造厂	外观
(0~40)kPa	4405	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <u>4351</u>	制造厂	外观
(0~40)kPa	4351	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <u>4357</u>	制造厂	外观
(0~40)kPa	4357	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 <u>7661</u>	制造厂	外观
(0~40)kPa	7661	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 <del>物保</del>	制造厂	外观
(0~40)kPa	4393	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <del>物保</del>	制造厂	外观
(0~40)kPa	4407	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号 <del>物保</del>	制造厂	外观
(0~40)kPa	4395	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号 <del>物保</del>	制造厂	外观
(0~40)kPa	2667	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号 1714	制造厂	外观
(0~40)kPa	7552	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号 丙二	制造厂	外观
(0~40)kPa	0714	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号 丙三	制造厂	外观
(0~40)kPa	4331	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号 丙一	制造厂	外观
(0~40)kPa	5414	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	5244	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	54086? 无 内	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	5382 内三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40) kPa	6042 接合	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

证书编号：YB07180126

## 检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7284	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7620	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	2485	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

此证共计107台

以下空白