



# 检定证书

证书编号: 393892000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31448570(1期病房(5B))

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春河

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlimpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 393892000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 393892000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	-0.2	合格

以下空白





# 检定证书

证书编号: 394132000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31435168(内一科15)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春成

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jlmpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号:394132000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394132000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.1	合格

以下空白





# 检定证书

证书编号: 394142000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31435160(内一科15)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春生

检定日期 2020年 06月 01日

有效期至 2020年 11月 30日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlypublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号:394142000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40~40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责





证书编号：394142000

## 检 定 结 果

单位：kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.2	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.1	合格

以 下 空 白



# 检定证书

证书编号: 394072000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31435042(内一科16)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春晖

检定日期 2020年 06月 01日

有效期至 2020年 11月 30日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlimpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 394072000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度/ 准 确 度 等 级/ 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394072000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.2	合格

以下空白



# 检定证书

证书编号: 394082000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31435086(内一科16)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春河

检定日期 2020年 06月 01日

有效期至 2020年 11月 30日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlypublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 394082000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394082000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.2	合格

以下空白



吉林计量



# 检定证书

证书编号: 394152000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 21157541(内一科17)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春河

检定日期 2020年 06月 01日

有效期至 2020年 11月 30日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jlmpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net





证书编号:394152000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度/ 准 确 度 等 级/ 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394152000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.2	合格

以下空白



吉林計量



# 检定证书

证书编号: 394162000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 29701382(内一科17)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春河

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlypublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 394162000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394162000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.2	合格

以下空白



# 检定证书

证书编号: 394172000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 13485492(内一科17)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵齐华

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jlmpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 394172000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394172000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	±0.5	0.2	合格

以下空白





# 检定证书

证书编号: 394052000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31435190(内一科18)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春生

检定日期 2020年 06月 01日

有效期至 2020年 11月 30日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 394052000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度/ 准 确 度 等 级/ 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号：394052000

## 检 定 结 果

单位：kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.2	合格

以下空白



吉林計量



# 检定证书

证书编号: 394062000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31435188(内一科18)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春生

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlypublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号:394062000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394062000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.2	合格

以下空白

吉林計量



# 检定证书

证书编号: 394092000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31448518(内五科)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春河

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 394092000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	溯源证书号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责





证书编号: 394092000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	0.4	合格

以下空白





# 检定证书

证书编号: 394102000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31448584(内五科)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵齐峰

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号:394102000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 / 准 确 度 等 级 / 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394102000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	±0.5	0.2	合格

以下空白



# 检定证书

证书编号: 394112000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31448498(内五科)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春成

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号:394112000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度/ 准 确 度 等 级/ 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40~40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院(高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 394112000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	±0.5	0.2	合格

以下空白



# 检定证书

证书编号: 393902000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31434782(门急诊)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春生

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net





证书编号: 393902000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度/ 准 确 度 等 级/ 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50%				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 393902000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	-0.2	合格

以下空白





# 检定证书

证书编号: 393912000

送检单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)

计量器具名称: 血压计

型号/规格: A型

出厂编号: 31434548(门急诊)

制造单位: 鱼跃

检定依据: JJG270-2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 安卫东

核验员: 张鸣

检定员: 赵春生

检定日期 2020 年 06 月 01 日

有效期至 2020 年 11 月 30 日

计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01005号

地址:长春市高新区宜居路2699号 邮编:130103

电子邮箱:jljlimpublic@126.com

电话:(0431)85375162、85375227、85375165

传真:(0431)85375162、85304772

网址:www.jljly.net



证书编号: 393912000

## 说 明

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第000050号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2006]吉社量标法证字第640号				
3. 检定使用的主要计量标准器具:				
名 称	测 量 范 围	不 确 定 度/ 准 确 度 等 级/ 最 大 允 许 误 差	溯 源 证 书 号	有 效 期 至
智能数字压力校验仪	(-40 ~ 40) kPa	0.05级	911221900	2020-10-17
4. 检定地点: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)				
5. 检定的环境条件: 温 度: 20.5℃      相对湿度: 50 %				

注: 我院仅对加盖“吉林省计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责



证书编号: 393912000

## 检 定 结 果

单位: kPa

检定项目	计量性能或技术要求	结 果	结 论
一、外观	JJG270-2008 4.1	符合要求	合格
二、零位误差	-0.2 ~ 0.5	0.2	合格
三、血压计灵敏度	0.3	0.3	合格
四、气密性	0.8	0.3	合格
五、示值误差	$\pm 0.5$	-0.2	合格

以下空白

