

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 于香艳
	职称: 主任技师
	工作单位: 吉林省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 中继模块, 温度采集模块
	供应商名称: 吉林省润康禾美生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目是在断电事故时, 确保服务器能够检测到温度超限并及时报警, 从而保证冰箱内样本快速、安全的处理和转移。据该科室现使用该系统运行稳定, 维护较好。为了使科室便于统一管理, 统一标准, 建议以单一来源采购方式购买。</p>
专业人员签字	于香艳 日期: 2023年12月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 柳青菁	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 吉林省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 中继模块, 温度采集模块	
	供应商名称: 吉林省润康禾美生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>我院生物样本库中继模块、温度采集模块自2022年经招标由吉林省润康禾美生物科技有限公司中标使用至今比较稳定。根据现有的温度监测软件需求, 需搭配相同品牌的对应产品以保证兼容性、设备的兼容性, 系统使用多个温度探头, 建议以单一来源采购的方式进行。</p>	
专业人员签字	柳青菁	日期 2023年12月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张冬霞	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 吉林省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 中经模块、网络集线模块.	
	供应商名称: 吉林省润康禾美生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>结合本项目需求,吉林省润康禾美生物科技有限公司能够保证设备的稳定性和兼容性,并且该供应商服务优质,能够提供及时的售后服务和技术支持.</p> <p>依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)项之规定,单一来源采购,《中华人民共和国政府采购实施条例》第二十七条政府采购法第三十一条第一项规定之情形是指:因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从唯一特定供应商处采购等情形.因此,可采用单一来源方式采购.</p>	
专业人员签字	张冬霞	日期 2003年12月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。